オットーボック装具　取扱説明書 ②（製品篇）
4067 小児用リストサポート / 9010 リストサポート

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書①（基本篇）と取扱説明書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。
また取扱説明書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

4067　小児用リストサポート　　（9010　リストサポート　は裏面をご覧ください。）

【適応・用途】

『4067　小児用リストサポート』は小児の外傷後の手関節を保護または固定をするために使用するサポーターです。

⚠ 注意　● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

4067　小児用リストサポート

【特徴】

- ●本製品は小児の手関節から前腕部までを保護します。
- ●手掌側のポケットに内蔵のアルミステーは、手の形状に合せて曲げ加工できます。
- ●面ファスナーを色分けし、同色同士で留めることで、小児自身でも間違えることなく装着することができます。

【サイズの選び方】

以下を参照し、サイズを選択してください。

（一箱 :1 個入り）

発注品番 小児用リストサポート	右左/サイズ		適用範囲 手首周径(cm)
4067=R-XXXS	右	XXXS*	8.5～9.5
4067=R-XXS		XXS	9.5～10.5
4067=R-XS		XS	10.5～11.5
4067=R-S		S	11.5～13.0
4067=R-M		M	13.0～14.0
4067=R-L		L	14.0～15.0
4067=R-XL		XL*	15.0～17.0

発注品番 小児用リストサポート	右左/サイズ		適用範囲 手首周径(cm)
4067=L-XXXS	左	XXXS*	8.5～9.5
4067=L-XXS		XXS	9.5～10.5
4067=L-XS		XS	10.5～11.5
4067=L-S		S	11.5～13.0
4067=L-M		M	13.0～14.0
4067=L-L		L	14.0～15.0
4067=L-XL		XL＊	15.0～17.0



【サイズの測り方】
手首の周径を測ります。

- ・　＊印のついた製品はドイツからの取寄せ（受注発注）になります。
- ・　計測値が 2 サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。

【調整方法と装着手順】

⚠ 注意　● 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱説明書①基本篇の【使用上の注意―必ずお読みください―】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。（写真は左手の装着方法です。）



① 面ファスナー、ストラップを外し、本体に拇指、手首を通します。(拇指部分の面ファスナーは外さないでください。)

② 各部位の面ファスナーを留めます。拇指部分のストラップを調整をしてください。また、手掌側のポケットに内蔵されているアルミステーを手関節に合せて曲げ加工することで更に微調整することも可能です。

③ 左の写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じて、ズレ、ゆるみ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。

【お手入れ方法と注意事項】

⚠ 注意　● お手入れをされる場合には、取扱説明書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

【品質表示】 本体：ナイロン、ポリウレタン / ステー：アルミニウム

9010 リストサポート　　（4067 小児用リストサポートは裏面をご覧ください。）

【適応・用途】
『9010 リストサポート』は使いすぎによる障害などから手関節を保護するショートタイプのサポーターです。

⚠ 注意	● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

9010 リストサポート

【特徴】
- ●本製品はソフトな素材を使用しているため装着感が快適です。
- ●バンド構造の本体を手関節に巻きつけるだけで簡単に装着ができます。
- ●拇指を通すループにより、装着時のずれを軽減します。

【サイズの選び方】
フリーサイズ、左右兼用です。

発注品番	サイズ	適用範囲
		手首周径(cm)
9010=U	フリー	14.0～22.0



（一箱 :1 個入り）

【サイズの測り方】
イラストのように手首の周径を測ります。

【調整方法と装着手順】

⚠ 注意	● 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとした医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱説明書①基本篇の【使用上の注意―必ずお読みください―】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。（写真は左手の装着方法です。）



① 拇指をループに通した後、本体を手首に回し、手首の面ファスナーを留めてください。

② 左の写真の通り、正しく装着できているかを確認し、必要に応じて、ズレ、ゆるみ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。

【お手入れ方法と注意事項】

⚠ 注意	● お手入れをされる場合には、取扱説明書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

【品質表示】 本体：ナイロン、ポリウレタン

お問合わせ先

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元
オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F　TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112